ИЗВЕЩЕНИЕ
о сборе ценовых предложений, необходимых для определения и обоснования начальной (максимальной) цены Гражданско-правового договора

В соответствии со статьей 22 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 г., Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский институт мясной промышленности имени В.М. Горбатова» (далее - ФГБНУ «ВНИИМП им. В.М. Горбатова») Заказчик) проводит процедуру определения и обоснования начальной (максимальной) цены Гражданско-правового договора и просит организации, занимающиеся поставками холодильного оборудования и приборов для научных исследований дать свои ценовые предложения на поставку холодильного оборудования для хранения микробиологических сред и экспериментальных образцов продуктов (далее также Оборудование).

Заказчик - ФГБНУ «ВНИИМП им. В.М. Горбатова», расположенное по адресу: 109316, г. Москва, ул. Талалихина, д. 26.

1. Требования Заказчика к составу поставляемого Оборудования

Таблица 1

№ п/п	Код ОКДП*	Наименование поставляемого Оборудования	Ед. изм.	Кол-во
1.		Холодильное оборудование для хранения микробиологических сред и экспериментальных образцов продуктов, в том числе**:		
1.1	29.23.13.990	Холодильный шкаф типа LKPv 1420	Шт.	1
1.2	29.23.13.990	Холодильный шкаф типа LKexv 1800	Шт.	1
1.3	29.23.13.990	Холодильник типа МХМ-2835-00	Шт.	1

* Классификация товара по ОКДП:
Раздел D ПРОДУКЦИЯ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ
Подраздел DK МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫЕ В ДРУГИЕ ГРУППИРОВКИ
29. Машины и оборудование, не включенные в другие группировки
29.23.13. Оборудование холодильное и морозильное и тепловые насосы, кроме бытового оборудования
Код 29.23.13.990. Оборудование холодильное или морозильное прочее, не включенное в другие группировки

** Назначение, комплектация и функциональные технические и качественные характеристики поставляемого Оборудования приведены в пункте 2 настоящего Извещения.

2. Назначение и функциональные технические и качественные характеристики поставляемого Оборудования:

2.1 Назначение.

Холодильное оборудование предназначено для хранения микробиологических сред, музейных культур, образцов продуктов при проведении экспериментальных работ с поддержанием в автоматическом режиме температурно-влажностных параметров среды.

2.2. Функциональные технические и качественные характеристики поставляемого Оборудования

№ п/п	Функциональные технические и качественные характеристики	Параметры
1.	**Холодильный шкаф типа LKPv 1420**	
	Общий/полезный объем, л	Не менее 1427 л
	Внешние размеры, мм (ш/г/в)	Не более 1430x830x2150
	Внутренние размеры, мм (ш/г/в)	Не более 1263x650x1550
	Суточное потребление энергии (24 часа), кВт-ч	Не более 3,9 кВт-ч
	Система охлаждения	С принудительной вентиляцией
	Метод размораживания	Автоматический

№ п/п	Функциональные технические и качественные характеристики	Параметры
	Диапазон температур, °С	-2 °С +16 °С
	Материал/цвет корпуса	Сталь/белый
	Материал двери	2 сплошные однослойные двери
	Материал внутренней облицовки	Нержавеющая сталь марки 304
	Электронный контроллер Profi позволяет настраивать температуру с точностью 1/10 °С с сохранением информации о максимальной и минимальной температуре, трех последних предупредительных сигналах об изменении температуры и перебоях электропитания	Наличие
	Дисплей состояния двери (открыта/закрыта)	Наличие
	Сигнал, предупреждающий о повышении температуры	Звуковой и визуальный
	Сигнал, предупреждающий об открытой дверце	Звуковой и визуальный
	Верхнее освещение с отдельным выключателем	Наличие
	Полки, регулируемые по высоте, шт.	Не менее 8
	Несущая способность полок, кг	Не более 60
	Ролики (2 с тормозными устройствами)	Наличие
	Материал полок	Пластифицированные решетчатые полки
	Ручка	Эргономичная ручка
	Замок	Наличие
	Климатический класс	ST
	Хладагент	R 290
	Возможность дополнительной комплектации	
	Дополнительные полки	Наличие – 2 шт.
	Переходник RS 485 в RS 232 с ПО	Наличие – 1 шт.
	Документы	
	Эксплуатационно-техническая документация на русском языке	Наличие
	Сертификат соответствия ГОСТ Р	Наличие
	Обучение медицинского и технического персонала, гарантийные обязательства, сервисное обслуживание	
	Гарантия на оборудование	Не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию
	Сервисная служба в г. Москве, имеющая действующее разрешение фирмы-производителя на техническое обслуживание изделия	Наличие
2.	**Холодильный шкаф типа FKex 1800**	
	Общий/полезный объем, л	Не менее 180
	Внешние размеры, мм (ш/г/в)	Не более 600x615x820
	Внутренние размеры, мм (ш/г/в)	Не более 455x435x669
	Суточное потребление энергии (24 часа), кВт-ч	Не более 0,9
	Система охлаждения	Статическая
	Метод размораживания	Автоматический
	Диапазон температур, °С	+2 °С+10 °С
	Материал/цвет корпуса	Сталь/белый
	Материал дверцы/крышки	Сталь глухая

№ п/п	Функциональные технические и качественные характеристики	Параметры
	Материал внутренней облицовки	Белый полистирол для проф. использования
	Электронный контроллер Comfort позволяет настраивать температуру с точностью 1/10 °С с сохранением информации о максимальной и минимальной температуре, трех последних предупредительных сигналах об изменении температуры и перебоях электропитания	Наличие
	Дисплей состояния двери (открыта/закрыта)	Наличие
	Сигнал, предупреждающий о повышении температуры	Звуковой и визуальный
	Сигнал, предупреждающий об открытой дверце	Звуковой и визуальный
	Полки, регулируемые по высоте, шт.	Не менее 3
	Материал полок	Стекло
	Ручка	Эргономичная ручка
	Замок	Наличие
	Дверные петли	Правые, переставные
	Вес брутто/нетто, кг	Не более 40/45
	Климатический класс	SN
	Хладагент	R 600a
	соответствуют требованиям директивы ATEX и пригодны для хранения взрывчатых и легковоспламеняющихся веществ;	Наличие
	Возможность дополнительной комплектации	
	Дополнительные полки	Наличие – 1 шт.
	Ножки, регулируемые по высоте от 115 до 170 мм	Наличие
	Документы	
	Эксплуатационно-техническая документация на русском языке	Наличие
	Сертификат соответствия ГОСТ Р	Наличие
	Обучение медицинского и технического персонала, гарантийные обязательства, сервисное обслуживание	
	Гарантия на оборудование	Не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию
	Сервисная служба в г. Москве, имеющая действующее разрешение фирмы-производителя на техническое обслуживание изделия	Наличие
3.	**Холодильник типа MXM-2835-00**	Двухкамерный холодильник с верхним расположением морозильной камеры
3.1	Общий объем холодильника/холодильной камеры/морозильной камеры, л	280/210/70
3.2	Тип управления	механический
3.3	Класс энергопотребления	A
3.4	Климатический класс	SN-ST (от +10°С до +38°С)
3.5	Количество компрессоров	1
3.6	Количество полок в холодильной камере	3
3.7	Оттаивание испарителя	Автоматическое
3.8	Морозильное отделение:	

№ п/п	Функциональные технические и качественные характеристики	Параметры
3.8.1	Температура, º С	-18
3.8.2	Время сохранения холода при отключении электроэнергии, час	20
3.8.3	Мощность замораживания, кг/сутки	4.5
3.8.4	Производительность получения льда, кг/сутки	2,2
3.9	Дверные петли	Правосторонние, возможность перенавешивания дверей
3.10	Потребляемая мощность, Вт	120
3.11	Уровень шума, дБ	Не более 41
3.12	Цвет	Белый
3.13	Внешние размеры (ширина/глубина/высота), мм	600х630х1630
3.14	Вес, кг	62

3. Перечень передаваемых с Оборудованием документов:

- сертификаты соответствия, санитарно-эпидемиологические заключения;
- техническая документация, инструкции по эксплуатации Оборудования;
- талон гарантийного обслуживания (или иной гарантийный документ);
- паспорт (при наличии) на русском языке.

4. Особые требования Заказчика

4.1. Поставщик предоставляет Заказчику вместе с поставляемым Оборудованием следующие документы: счет, счет-фактуру, товарно-транспортную (товарную) накладную, счет-инвойс и таможенную декларацию (при необходимости).

6.2. Транспортную доставку Оборудования от площадки Поставщика до площадки Заказчика, его разгрузку и доставку на место установки должен осуществлять Поставщик.

Перед транспортировкой и доставкой Оборудование должно быть упаковано Поставщиком в транспортную тару, исключающую порчу и/или повреждение Оборудования во время транспортировки, погрузки-разгрузки, доставки на место установки.

Установка Оборудования, ввод в эксплуатацию (пуско-наладка) с проведением испытания на различных режимах работы Оборудования, проведение экспертизы поставленного товара должны входить в общий срок поставки Оборудования.

6.3. Сроки поставки Оборудования:

Не более 30 (Тридцать) календарных дней с даты подписания Договора.

6.4. Место поставки: 109316, г. Москва, ул. Талалихина, 26, ГНУ ВНИИМП им. В.М. Горбатова Россельхозакадемии, Лаборатория гигиены производства и микробиологии (4-й этаж дома 26 – без лифта).

6.5. Источник финансирования:

Федеральный бюджет (субсидии) или внебюджетные средства.

КБК: 00000000000000000310.

Валюта Договора – российский рубль.

6.6. Цена поставки должна включать все расходы, связанные с поставкой Оборудования, в том числе его стоимость, упаковку в транспортную тару, погрузку на транспорт, транспортную доставку Заказчику, доставку и разгрузку на месте установки, установку и ввод в эксплуатацию (пуско-наладка) с испытаниями на различных режимах работы Оборудования, осуществление ознакомительного инструктажа для специалистов Заказчика, таможенную очистку (при необходимости), транспортные расходы, расходы на страхование, оплату налогов, сборов, таможенных (при необходимости) и других обязательных платежей, а также все прочие расходы, необходимые для выполнения Поставщиком всех обязательств по Договору.

6.7. Условия оплаты – безналичное перечисление денежных средств на расчетный счет Поставщика.

Расчет за поставку Оборудования производится Заказчиком на следующих условиях:

- поставка осуществляется без авансирования;
- оплата в размере 100 % цены настоящего Договора производится Заказчиком в течение 10 (Десять) банковских дней на основании выставленного Поставщиком счета после поставки Оборудования, выполнения Поставщиком всех условий настоящего Договора и подписания Сторонами Акта с учетом проведения экспертизы поставленного товара.

7. Предложения по цене поставки Оборудования в соответствии с требованиями, изложенными в

пунктах 1-6 настоящего Извещения, необходимо направлять в срок до 14.10.2014 г. на факс. (495) 676-95-51, **или** по электронной почте на адрес: ***vniimp-torgi@yandex.ru,*** **или** нарочным по адресу: 109316, г. Москва, ул. Талалихина, д. 26, 3-й этаж, комн. 312, в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени (по пятницам и в предпраздничные дни – до 17 часов 00 минут).

8. Телефоны для справок: (495) 676-96-87, (495) 676-60-91.

9. Настоящее Извещение создано для размещения на сайте ФГБНУ «ВНИИМП им. В.М.Горбатова» и/или направления потенциальным поставщикам оборудования.

Руководитель Контрактной службы
без образования структурного подразделения
ФГБНУ «ВНИИМП им. В.М. Горбатова» А.И. Степаненко

Заведующий лабораторией гигиены производства
и микробиологии М.Ю. Минаев

Заведующий лабораторией технология консервного производства В.Б. Крылова

«09» сентября 2014 г.